

27207-1

試験成績書

製品名 細胞凍害保護液 CP-1[®] High Grade 50mL用

Lot No. EEHK5S01

有効期限 2019年11月5日

判定日 2019年5月30日

極東製薬工業株式会社

判定 合格

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
無菌試験	陰性	適合
マイコプラズマ	陰性	適合
エンドトキシン	4 EU/mL以下	適合

判定者 工藤