

試験成績書

微量毒性試験用試薬

製品名 MTX “LDH”
Lot No. EFAKBF01
有効期限 2020年7月10日
判定日 2019年11月21日
判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	判定/結果
包装	異常を認めない	適 合
性状	異常を認めない	適 合
色、濁り、異物	異常を認めない	適 合
ジアホラーゼ活性	3.10~6.00 U/vial	適 合
乳酸リチウム	45.0~51.0 g/L	適 合
塩酸濃度	0.950~1.050 N	適 合

判定者 工藤