

試験成績書

微量毒性試験用試薬

製品名 MTX “LDH”

Lot No. EFAL4701

有効期限 2021年2月21日

判定日 2020年4月10日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	判定/結果	
包装	異常を認めない	適	合
性状	異常を認めない	適	合
色、濁り、異物	異常を認めない	適	合
ジアホラーゼ活性	3.10~6.00 U/vial	適	合
乳酸リチウム	45.0~51.0 g/L	適	合
塩酸濃度	0.950~1.050 N	適	合

判定者 工藤