

01010-3

試験成績書

製品名 極東 ペプトン

Lot No. AAB04501

有効期限 2025年3月25日

判定日 2023年4月6日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
内容物	異常を認めない	適合
性状	淡黄色～淡黄褐色のやわらかい塊または塊を含む粉末	適合
溶解性	澄明に溶解する	適合
総窒素量	12.0%以上	13.8 %
アミノ態窒素	2.1%以上	2.6 %
灰分	15.0%以下	4.9 %
乾燥減量	7.0%以下	4.8 %
塩化物	1.0%以下	0.02 %
pH	6.0 ~ 7.5	6.9

判定者 工藤