

01600-1

## 試験成績書

製品名 精製寒天末

Lot No. AAQNAR01

有効期限 2024年10月16日

判定日 2022年10月27日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
内容物	異常を認めない	適合
性状	白色	適合
pH	6.0~7.2	6.8
乾燥減量	20.0%以下	17.2%
灰分	2.5%以下	1.7%
ゼリー強度	600~700g/cm <sup>2</sup>	680 g/cm <sup>2</sup>

判定者 工藤