

02070-3

試験成績書

製品名 プレメディア DHL寒天培地

Lot No. ADE01H01

有効期限 2025年1月6日

判定日 2023年1月18日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
溶解性	異常を認めない	適合
pH	7.2 ~ 7.6	適合
ゼリー強度	500g/cm ² 以上	適合
発育性能試験		
<i>E. coli</i> No. 1	弱発育_ピンク	適合
<i>C. freundii</i> No. 1	発育_ピンク/H ₂ S+	適合
<i>S. Typhi</i> No. 1	発育_無色	適合
<i>S. flexneri</i> No. 1	発育_無色	適合
<i>S. Enteritidis</i> No. 1	発育_無色/H ₂ S+	適合
<i>S. Paratyphi</i> No. 1	発育_無色	適合
<i>S. sonnei</i> ATCC25931	発育_無色	適合

判定者 工藤