

02102-3

## 試験成績書

製品名 ソルビトールマッコンキー寒天培地

Lot No. ADIOBR01

有効期限 2024年11月21日

判定日 2023年11月28日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
溶解性	異常を認めない	適合
pH	7.0 ~ 7.2	適合
ゼリー強度	450g/cm <sup>2</sup> 以上	適合
発育性能試験		
<i>E. coli</i> 0157 ATCC43894	発育_無色	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	発育_ピンク	適合
<i>P. mirabilis</i> No. 1	発育_無色	適合
<i>P. aeruginosa</i> ATCC27853	発育_無色	適合

判定者 工藤