

02110-2

試験成績書

製品名 プレメディア トリカリスキー改良培地 (BTB培地)

Lot No. ADK07I01

有効期限 2025年7月7日

判定日 2023年7月19日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
溶解性	異常を認めない	適合
pH	7.2 ~ 7.6	適合
ゼリー強度	500g/cm ² 以上	適合
発育性能試験		
<i>S. epidermidis</i> ATCC12228	発育_黄色	適合
<i>E. faecalis</i> ATCC19433	発育_黄色	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	発育_黄色	適合
<i>S. aureus</i> ATCC25923	発育_黄色	適合
<i>S. flexneri</i> No. 1	発育_青色	適合
<i>S. Typhi</i> No. 1	発育_青色	適合
<i>P. mirabilis</i> No. 1	発育_青色	適合
<i>P. aeruginosa</i> ATCC27853	発育_青色	適合

判定者 工藤