

02230-2

## 試験成績書

製品名 極東 TSI寒天培地

Lot No. ADQP6J01

有効期限 2025年6月14日

判定日 2024年6月20日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格				結果/判定
包装	異常を認めない				適合
性状	異常を認めない				適合
溶解性	異常を認めない				適合
pH	7.3 ~ 7.5				適合
ゼリー強度	450g/cm <sup>2</sup> 以上				適合
発育性能試験	乳糖・白糖	グルコース	硫化水素	ガス	
<i>E. coli</i> NBRC13500	+	+	-	+	適合
<i>S. sonnei</i> ATCC25931	-	+	-	-	適合
<i>K. pneumoniae</i> ATCC13883	+	+	-	+	適合
<i>P. vulgaris</i> ATCC13315	+	+	+	-	適合

判定者 工藤