

02350-1

試験成績書

製品名 プレミア デスオキシレート培地

Lot No. ADTP3C01

有効期限 2026年3月2日

判定日 2024年3月14日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
溶解性	異常を認めない	適合
pH	7.1 ~ 7.3	適合
ゼリー強度	450g/cm ² 以上	適合
発育性能試験		
<i>E. coli</i> No. 1	発育	適合
<i>E. coli</i> No. 2	発育	適合
<i>C. freundii</i> No. 1	発育	適合

判定者 工藤