

02400-1

試験成績書

製品名 極東 SF培地

Lot No. ADW OBS01

有効期限 2024年11月22日

判定日 2023年11月30日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
溶解性	異常を認めない	適合
pH	6.9 ~ 7.1	適合
発育性能試験		
<i>E. faecalis</i> ATCC19433	発育	適合
<i>E. faecium</i> No. 1	発育	適合
<i>C. freundii</i> No. 1	抑制	適合

判定者 工藤