

02480-1

試験成績書

製品名 プレメディア 普通ブイオン培地

Lot No. AEA04401

有効期限 2025年3月24日

判定日 2023年4月5日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
溶解性	異常を認めない	適合
pH	6.9 ~ 7.1	適合
発育性能試験		
S. Enteritidis No.2	発育	適合
E. coli No.2	発育	適合
S. pyogenes ATCC19615	発育	適合
E. faecalis ATCC19433	発育	適合
S. aureus ATCC25923	発育	適合
S. epidermidis ATCC12228	発育	適合

判定者 工藤