

02510-1

## 試験成績書

製品名 プレメディアートインフュージョン寒天培地

Lot No. AEBP4N01

有効期限 2026年4月13日

判定日 2024年4月24日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
溶解性	異常を認めない	適合
pH	7.3 ~ 7.5	適合
ゼリー強度	600g/cm <sup>2</sup> 以上	適合
発育性能試験		
<i>S. pyogenes</i> ATCC19615	発育	適合
<i>S. anginosus</i> No. 1	発育	適合
<i>S. pneumoniae</i> ATCC6303	発育	適合
<i>S. agalactiae</i> No. 1	発育	適合
<i>S. aureus</i> No. 1	発育	適合
<i>H. parahaemolyticus</i> No. 2 (5%馬血液添加)	発育	適合
<i>H. influenzae</i> No. 1 (5%馬血液添加)	発育	適合

判定者 工藤