

試験成績書

製品名 プレメディア トリプトソヤ寒天培地

Lot No. AEDP6I01

有効期限 2029年5月23日

判定日 2024年6月20日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 結果/判定 |
|-------|-------------------------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| 溶解性 | 異常を認めない | 適合 |
| pH | 7.2 ~ 7.4 | 適合 |
| ゼリー強度 | 600g/cm ² 以上 | 適合 |

発育性能試験

| 試験菌株 | 規格 | 結果 | | 判定 |
|----------------------------------|--------------------|-------|--------|----|
| | | コロニー数 | 対照ロット比 | |
| <i>S. aureus</i> ATCC6538 | | 15 | 125 | 適合 |
| <i>P. aeruginosa</i> ATCC9027 | コロニー数 100 CFU以下 | 27 | 104 | 適合 |
| <i>B. subtilis</i> ATCC6633 | 対照ロット比 50%~200% | 22 | 96 | 適合 |
| <i>C. albicans</i> ATCC10231 | | 74 | 121 | 適合 |
| <i>A. brasiliensis</i> ATCC16404 | | 92 | 114 | 適合 |

| 試験菌株 | 規格 | 結果/判定 |
|---|----|-------|
| <i>E. coli</i> ATCC8739 | 発育 | 適合 |
| <i>S. pyogenes</i> ATCC19615 (5%羊血液添加) | 発育 | 適合 |
| <i>S. agalactiae</i> No. 3 (5%羊血液添加) | 発育 | 適合 |
| <i>S. pneumoniae</i> ATCC6303 (5%羊血液添加) | 発育 | 適合 |

判定者

工藤