

## 試験成績書

製品名 プレメディア トリプトソヤ寒天培地

Lot No. AEDPAU01

有効期限 2029年10月4日

判定日 2024年11月5日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
溶解性	異常を認めない	適合
pH	7.2 ~ 7.4	適合
ゼリー強度	600g/cm <sup>2</sup> 以上	適合

## 発育性能試験

試験菌株	規格	結果		判定
		コロニー数	対照ロット比	
<i>S. aureus</i> ATCC6538		15	125	適合
<i>P. aeruginosa</i> ATCC9027	コロニー数 100 CFU以下	27	104	適合
<i>B. subtilis</i> ATCC6633	対照ロット比 50%~200%	22	96	適合
<i>C. albicans</i> ATCC10231		74	121	適合
<i>A. brasiliensis</i> ATCC16404		92	114	適合

試験菌株	規格	結果/判定
<i>E. coli</i> ATCC8739	発育	適合
<i>S. pyogenes</i> ATCC19615 (5%羊血液添加)	発育	適合
<i>S. agalactiae</i> No. 3 (5%羊血液添加)	発育	適合
<i>S. pneumoniae</i> ATCC6303 (5%羊血液添加)	発育	適合

判定者

工藤