

02630-1

## 試験成績書

製品名 プレメディア マニットソルト寒天培地

Lot No. AEHOCQ01

有効期限 2025年12月15日

判定日 2023年12月28日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
溶解性	異常を認めない	適合
pH	7.3 ~ 7.5	適合
ゼリー強度	600g/cm <sup>2</sup> 以上	適合
性能試験		
	マニット分解	
<i>S. aureus</i> ATCC25923	発育 +	適合
<i>S. aureus</i> JCM2874	発育 +	適合
<i>S. aureus</i> No. 1	発育 +	適合
<i>S. epidermidis</i> ATCC12228	発育 -	適合
<i>S. epidermidis</i> No. 1	発育 -	適合

判定者 工藤