

02680-1

試験成績書

製品名 プレメディア ミル・ヒーター菌株用ブイオン培地 (ミルヒーターNo. 2培地)
Lot No. AEKNBM01
有効期限 2024年11月11日
判定日 2022年11月23日
判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装外観	異常を認めない	適合
表示	異常を認めない	適合
内容物性状	異常を認めない	適合
溶解性 (加熱溶解時)	濁り及び沈殿物を認めない	適合
pH	7.9 ~ 8.1	適合
発育性能試験 <i>Bacillus stearothermophilus</i> ; var. <i>calidolactis</i> C953株	対照品と同等	適合

判定者 工藤