

02690-1

試験成績書

製品名 プレメディア ミル・ヒーティスク用寒天培地 (ミルピ-^oNo. 3培地)

Lot No. AEL02201

有効期限 2025年1月22日

判定日 2023年2月3日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装外観	異常を認めない	適合
表示	異常を認めない	適合
内容物性状	異常を認めない	適合
溶解性 (加熱溶解時)	濁り及び沈殿物を認めない	適合
pH	6.9 ~ 7.1	適合
ゼリー強度	450 g/cm ² 以上	適合
性能試験		
ディスク	阻止円	
市販牛乳	—	適合
スキムミルク	—	適合
ペニシリン 0.0025U/ml	+	適合
ペニシリン 0.0050U/ml	+	適合
ペニシリン 0.0075U/ml	+	適合

判定者 工藤