

02842-1

試験成績書

製品名 極東 mEC培地
Lot No. AEMP4M01
有効期限 2025年4月17日
判定日 2024年4月23日
判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 結果/判定 |
|-------------------------------|-----------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| 溶解性 | 異常を認めない | 適合 |
| pH | 6.8 ~ 7.0 | 適合 |
| 発育性能試験 | | |
| <i>E. coli</i> 0157 ATCC43894 | 発育_ガス産生 | 適合 |
| <i>E. coli</i> No. 1 | 発育_ガス産生 | 適合 |
| <i>C. freundii</i> No. 1 | 発育_ガス産生 | 適合 |
| <i>S. Typhi</i> No. 1 | 発育_ガス非産生 | 適合 |
| <i>S. flexneri</i> No. 1 | 発育_ガス非産生 | 適合 |

判定者 工藤