

02845-1

試験成績書

製品名 プレメディア ノボヒオン加 m-EC培地

Lot No. AEN02M01

有効期限 2025年2月11日

判定日 2023年2月23日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
溶解性	異常を認めない	適合
pH	6.8 ~ 7.0	6.9
発育性能試験		
<i>E. coli</i> 0157 ATCC43894	発育	適合
<i>E. coli</i> 0157 No. 4	発育	適合
<i>E. coli</i> 0157 No. 5	発育	適合
<i>P. aeruginosa</i> ATCC27853	抑制	適合
<i>K. pneumoniae</i> ATCC13883	抑制	適合

判定者 工藤