

02920-2

試験成績書

製品名 プレメディア ホテトキストロス寒天培地

Lot No. AEOP7301

有効期限 2026年6月23日

判定日 2024年7月4日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
外観	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
溶解性	異常を認めない	適合
pH	5.4 ~ 5.8	適合
ゼリー強度	500 g/cm ² 以上	適合
発育性能試験		
<i>C. albicans</i> ATCC10231	発育	適合
<i>C. tropicalis</i> No. 1	発育	適合
<i>C. glabrata</i> No. 5	発育	適合
<i>A. brasiliensis</i> ATCC16404	発育	適合
<i>P. expansum</i> No. 1	発育	適合
<i>A. oryzae</i> No. 1	発育	適合

判定者 工藤