

02920-2

試験成績書

製品名 プレメディア ホテトキストロス寒天培地

Lot No. AEOPAS01

有効期限 2026年10月18日

判定日 2024年10月30日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 結果/判定 |
|----------------------------------|--------------------------|-------|
| 外観 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| 溶解性 | 異常を認めない | 適合 |
| pH | 5.4 ~ 5.8 | 適合 |
| ゼリー強度 | 500 g/cm ² 以上 | 適合 |
| 発育性能試験 | | |
| <i>C. albicans</i> ATCC10231 | 発育 | 適合 |
| <i>C. tropicalis</i> No. 1 | 発育 | 適合 |
| <i>C. glabrata</i> No. 5 | 発育 | 適合 |
| <i>A. brasiliensis</i> ATCC16404 | 発育 | 適合 |
| <i>P. expansum</i> No. 1 | 発育 | 適合 |
| <i>A. oryzae</i> No. 1 | 発育 | 適合 |

判定者 工藤