

03014-1

試験成績書

製品名 マルツ寒天培地

Lot No. AEQ02601

有効期限 2024年2月1日

判定日 2023年2月7日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 結果/判定 |
|----------------------------------|-------------------------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| 溶解性 | 異常を認めない | 適合 |
| pH | 5.5 ~ 5.7 | 適合 |
| ゼリー強度 | 500g/cm ² 以上 | 適合 |
| 発育性能試験 | | |
| <i>C. albicans</i> No. 2 | 対照ロットと同等 | 適合 |
| <i>P. expansum</i> No. 1 | 対照ロットと同等 | 適合 |
| <i>A. brasiliensis</i> ATCC16404 | 対照ロットと同等 | 適合 |
| <i>A. oryzae</i> No. 1 | 対照ロットと同等 | 適合 |

判定者 工藤