

03070-2

## 試験成績書

製品名 プレメディア BBE寒天培地

Lot No. AETOA201

有効期限 2025年9月21日

判定日 2023年10月4日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
溶解性	異常を認めない	適合
pH	6.9 ~ 7.1	適合
ゼリー強度	500g/cm <sup>2</sup> 以上	適合
発育性能試験		
<i>F. varium</i> No. 2	発育	適合
<i>P. intermedia</i> No. 1	非発育	適合
<i>F. mortiferum</i> No. 2	弱発育	適合
<i>B. fragilis</i> No. 2	発育_エスクリン分解	適合
<i>B. thetaiotaomicron</i> No. 2	発育_エスクリン分解	適合

判定者 工藤