

03401-2

## 試験成績書

製品名 CLIG寒天培地  
Lot No. AFA03D01  
有効期限 2024年3月7日  
判定日 2023年3月15日  
判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定	
包装	異常を認めない	適合	
性状	異常を認めない	適合	
溶解性	異常を認めない	適合	
pH	7.3 ~ 7.5	適合	
ゼリー強度	500g/cm <sup>2</sup> 以上	適合	
発育性能試験			
	乳糖	$\beta$ -グルクロンダーゼ セロビオース	
<i>K. pneumoniae</i> ATCC13883	+	- +	適合
<i>S. Typhi</i> No. 1	-	- -	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	+	+ -	適合
<i>E. coli</i> 0157 ATCC43894	+	- -	適合
<i>P. mirabilis</i> No. 1	-	- -	適合
<i>S. sonnei</i> ATCC25931	-	+ -	適合
<i>P. aeruginosa</i> ATCC27853	-	- -	適合
<i>C. freundii</i> No. 2	+	- +	適合

判定者 工藤