

03420-1

試験成績書

製品名 プレメディア ECS寒天培地

Lot No. AFD08S01

有効期限 2025年8月17日

判定日 2023年8月28日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
溶解性	異常を認めない	適合
pH	7.0 ~ 7.2	適合
ゼリー強度	400g/cm ² 以上	適合
発育性能試験		
<i>E. faecalis</i> ATCC19433	対照ロットと同等	適合
<i>E. faecium</i> ATCC19434	対照ロットと同等	適合
<i>E. casseliflavus</i> ATCC25788	対照ロットと同等	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	非発育	適合

判定者 工藤