

03105-1

## 試験成績書

製品名 極東 LIM培地

Lot No. AFM07R01

有効期限 2024年7月21日

判定日 2023年7月31日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格			結果/判定
包装	異常を認めない			適合
性状	異常を認めない			適合
溶解性	異常を認めない			適合
pH	6.7 ~ 6.9			適合
発育性能試験	リジン	イントール	運動性	
<i>E. coli</i> ATCC25922	+	+	+	適合
<i>S. typhimurium</i> ATCC14028	+	-	+	適合
<i>S. sonnei</i> ATCC9290	-	-	-	適合
<i>K. pneumoniae</i> ATCC13883	+	-	-	適合
<i>P. mirabilis</i> No.1	-	-	+	適合

判定者 工藤