

試験成績書

細胞分散用

製品名

プロナーゼ溶液

Lot No.

AIE03601

有効期限

2023年8月7日

判定日

2023年3月7日

極東製薬工業株式会社

判定

合格

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
液体の色調	無色透明	適合
pH	7.05~7.25	適合
浸透圧	270±15 mOsm/kg	適合
無菌試験	30℃、室温共に菌の発育を見ないこと	適合
細胞培養試験		
分散試験	細胞L929 細胞が生きた状態で個々に丸くパラパラ	適合
再生試験	細胞L929 細胞が浮かずにきれいな敷石状を呈する	適合
分散試験	細胞CHO K1 細胞が生きた状態で個々に丸くパラパラ	適合
再生試験	細胞CHO K1 細胞が浮かずにコロニーを作る	適合

判定者

工藤