

試験成績書

製品名 KP293 type 2 Expression medium
Lot No. AIZP5202
有効期限 2024年10月29日
判定日 2024年6月6日
判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
性状	赤色澄明	適合
pH	6.9~7.4	7.0
浸透圧	260~290 mOsm/kg	275 mOsm/kg
エンドトキシン	1.0EU/mL以下	0.03 EU/mL未満
無菌試験	陰性	陰性
性能試験	適合	適合

判定者 工藤