

試験成績書

製品名 極東 オプトパネルMP (ANA)

Lot No. ANA03701

有効期限 2024年3月1日

判定日 2023年3月22日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
表示事項	異常を認めない	適合
添付文書	異常を認めない	適合
薬剤プレート	異常を認めない	適合
無菌試験	陰性	適合
感度・正確性試験	MICが規格内であること	適合

薬剤名	<i>B. fragilis</i>	<i>B. thetaiotaomicron</i>	<i>E. lenta</i>
	ATCC25285	ATCC29741	ATCC43055
ABPC/SBT (2 : 1)	≦ 2/1	≦ 2/1	≦ 2/1
PIPC/TAZ	≦ 4/4	≦ 16/4	8/4 ~ 32/4
CTX	—	—	—
IPM	≦ 0.5	≦ 1	≦ 2
TC	—	—	—
MNZ	≦ 2	≦ 4	≦ 2
CLDM	0.5 ~ 2	2 ~ 8	≦ 0.5
ABPC	—	—	—
PIPC	4 ~ 16	8 ~ 64	8 ~ 32
CMZ	—	—	—
CPZ	—	—	—
DRPM	≦ 0.5	≦ 1	—
VCM	—	—	—
MFLX	≦ 0.5	1 ~ 8	≦ 0.5
CP	4 ~ 16	8 ~ 32	4 ~ 16

同時再現性試験 感度・正確性試験を3回繰り返すとき、いずれも規格に適合する 適合

判定者 工藤