

06690-2

## 試験成績書

製品名 極東 HK半流動生培地

Lot No. BABP5N01

有効期限 2024年11月19日

判定日 2024年6月4日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	判定/結果
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	6.9 ~ 7.1	適合
発育性能試験		
<i>P. gingivalis</i> No. 1	発育	適合
<i>P. asaccharolyticus</i> No. 2	発育	適合
<i>P. anaerobius</i> No. 2	発育	適合
<i>B. fragilis</i> No. 2	発育	適合
<i>B. thetaiotaomicron</i> No. 2	発育	適合
<i>C. perfringens</i> ATCC13124	発育	適合
<i>E. lenta</i> No. 1	発育	適合
<i>V. parvula</i> No. 2	発育	適合
<i>N. meningitidis</i> ATCC13090	発育	適合

判定者 工藤