

試験成績書

製品名 ブロスマック NTM

Lot No. BBZP2801

有効期限 2025年2月2日

判定日 2024年3月19日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格			結果/判定
包装	異常を認めない			適合
性状	異常を認めない			適合
無菌試験	陰性			適合
感度・正確性試験	MICが規格内であること			適合
	<i>M. avium</i>	<i>M. intracellulare</i>	<i>M. kansasii</i>	
薬剤名	ATCC25291	ATCC13950	ATCC12478	
SM	2~16	0.125~1	—	
EB	4~32	0.5~4	—	
KM	2~16	0.125~1	—	
RFP	—	≤0.125	0.06~0.5	
LVFX	1~8	0.125~1	—	
CAM	0.125~1	≤0.125	—	
TH	4≤	8≤	—	
AMK	2~16	≤2	—	
RBT	0.5~2	0.008~0.06	0.008~0.06	
同時再現性試験	感度・正確性試験を3回繰り返す時、全て規格に適合する			適合

判定者 工藤