

08600-1

## 試験成績書

製品名 極東 マイコアシッド  
Lot No. BCN05B01  
有効期限 2023年11月28日  
判定日 2023年7月25日  
判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目                             | 規格                                | 判定/結果 |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 包装                               | 異常を認めない                           | 適合    |
| 性状                               | 異常を認めない                           | 適合    |
| 無菌試験                             | 陰性                                | 適合    |
| 感度試験                             |                                   |       |
| <i>M. tuberculosis</i> ATCC27294 | 発育                                | 適合    |
| <i>M. kansasii</i> ATCC12478     | 発育                                | 適合    |
| <i>M. avium</i> ATCC25291        | 発育                                | 適合    |
| 正確性試験                            | 精製水を検体としたとき陰性                     | 適合    |
| 同時再現性試験                          | 感度・正確性試験を3回繰り返し、<br>返す時、全て規格に適合する | 適合    |
| 判定者                              | 工藤                                |       |