

04005-1

試験成績書

製品名 無菌卵黄液

Lot No. BCYP7Q01

有効期限 2025年5月22日

判定日 2024年8月26日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 結果/判定 |
|---------------------------------|-----------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| pH | 5.5 ~ 7.0 | 適合 |
| 発育性能試験 (卵黄反応) | | |
| | 卵黄反応 | |
| <i>S. aureus</i> ATCC25923 | 発育 + | 適合 |
| <i>S. aureus</i> ATCC29213 | 発育 + | 適合 |
| <i>S. aureus</i> ATCC6538 | 発育 + | 適合 |
| <i>S. epidermidis</i> ATCC12228 | 発育 - | 適合 |

判定者 工藤