

08920-1

## 試験成績書

製品名 ゲアアコール検出キット

Lot No. BDD04J01

有効期限 2024年10月10日

判定日 2023年5月25日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
性能試験		
5ppm ゲアアコール (産生菌)	$Abs._{470nm} \geq 0.1$	適合
<i>A. acidoterrestris</i> ATCC49025 (非産生菌)	陽性	適合
<i>A. acidocaldarius</i> ATCC27009	陰性	適合

判定者 工藤