

08931-1

## 試験成績書

製品名 極東 ミュラーヒントンブロス

Lot No. BDF01K01

有効期限 2023年7月19日

判定日 2023年2月13日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目                           | 規格           | 結果/判定 |
|--------------------------------|--------------|-------|
| 包装                             | 異常を認めない      | 適合    |
| 性状                             | 異常を認めない      | 適合    |
| pH                             | 7.2 ~ 7.4    | 適合    |
| カルシウム濃度                        | 20 ~ 30ppm   | 適合    |
| マグネシウム濃度                       | 10 ~ 15ppm   | 適合    |
| 発育性能                           |              |       |
| <i>S. aureus</i> ATCC29213     | 発育           | 適合    |
| <i>E. faecalis</i> ATCC29212   | 発育           | 適合    |
| <i>E. coli</i> ATCC25922       | 発育           | 適合    |
| <i>P. aeruginosa</i> ATCC27853 | 発育           | 適合    |
| 感受性試験                          |              |       |
| <i>S. aureus</i> ATCC29213     | MICが規格内であること | 適合    |
| <i>E. faecalis</i> ATCC29212   | MICが規格内であること | 適合    |
| <i>E. coli</i> ATCC25922       | MICが規格内であること | 適合    |
| <i>P. aeruginosa</i> ATCC27853 | MICが規格内であること | 適合    |

判定者 工藤