

08931-1

試験成績書

製品名 極東 ミュラーヒントンブ[®]ロス

Lot No. BDF05001

有効期限 2023年11月20日

判定日 2023年6月19日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 結果/判定 |
|--------------------------------|--------------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| pH | 7.2 ~ 7.4 | 適合 |
| カルシウム濃度 | 20 ~ 30ppm | 適合 |
| マグネシウム濃度 | 10 ~ 15ppm | 適合 |
| 発育性能 | | |
| <i>S. aureus</i> ATCC29213 | 発育 | 適合 |
| <i>E. faecalis</i> ATCC29212 | 発育 | 適合 |
| <i>E. coli</i> ATCC25922 | 発育 | 適合 |
| <i>P. aeruginosa</i> ATCC27853 | 発育 | 適合 |
| 感受性試験 | | |
| <i>S. aureus</i> ATCC29213 | MICが規格内であること | 適合 |
| <i>E. faecalis</i> ATCC29212 | MICが規格内であること | 適合 |
| <i>E. coli</i> ATCC25922 | MICが規格内であること | 適合 |
| <i>P. aeruginosa</i> ATCC27853 | MICが規格内であること | 適合 |

判定者 工藤