

08931-1

## 試験成績書

製品名 極東 ミュラーヒントンブ`ロス

Lot No. BDF08V01

有効期限 2024年2月27日

判定日 2023年9月11日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	7.2 ~ 7.4	適合
カルシウム濃度	20 ~ 30ppm	適合
マグネシウム濃度	10 ~ 15ppm	適合
発育性能		
<i>S. aureus</i> ATCC29213	発育	適合
<i>E. faecalis</i> ATCC29212	発育	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	発育	適合
<i>P. aeruginosa</i> ATCC27853	発育	適合
感受性試験		
<i>S. aureus</i> ATCC29213	MICが規格内であること	適合
<i>E. faecalis</i> ATCC29212	MICが規格内であること	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	MICが規格内であること	適合
<i>P. aeruginosa</i> ATCC27853	MICが規格内であること	適合

判定者 工藤