

08936-1

試験成績書

製品名 極東 ウマ溶血液加ブ`ルセラフ`ロス

Lot No. BDH08M01

有効期限 2023年11月20日

判定日 2023年9月4日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 判定/結果 |
|--------------------------------------|--------------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| pH | 6.9 ~ 7.1 | 適合 |
| 無菌試験 | 陰性 | 適合 |
| 発育性能 | | |
| <i>B. fragilis</i> ATCC25285 | 発育 | 適合 |
| <i>B. thetaiotaomicron</i> ATCC29741 | 発育 | 適合 |
| <i>E. lentum</i> ATCC43055 | 発育 | 適合 |
| 感受性試験 | | |
| <i>B. fragilis</i> ATCC25285 | MICが規格内であること | 適合 |
| <i>B. thetaiotaomicron</i> ATCC29741 | MICが規格内であること | 適合 |
| <i>E. lentum</i> ATCC43055 | MICが規格内であること | 適合 |

判定者 工藤