

08936-1

## 試験成績書

製品名 極東 ウマ溶血液加ブ`ルセラフ`ロス

Lot No. BDH09601

有効期限 2023年12月5日

判定日 2023年9月22日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	判定/結果
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	6.9 ~ 7.1	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能		
<i>B. fragilis</i> ATCC25285	発育	適合
<i>B. thetaiotaomicron</i> ATCC29741	発育	適合
<i>E. lentum</i> ATCC43055	発育	適合
感受性試験		
<i>B. fragilis</i> ATCC25285	MICが規格内であること	適合
<i>B. thetaiotaomicron</i> ATCC29741	MICが規格内であること	適合
<i>E. lentum</i> ATCC43055	MICが規格内であること	適合

判定者 工藤