

06730-1

## 試験成績書

製品名 生理検体用前処理液 200ml (0.2mol/l KCl-HCl pH2.2)  
Lot No. BDK0A401  
有効期限 2024年9月28日  
判定日 2023年11月7日  
判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	2.0 ~ 2.4	適合
カラム濃度	0.19 ~ 0.21mol/l	適合
無菌試験	陰性	適合

判定者 工藤