

16000-1

## 試験成績書

製品名 極東 ポリキシンB溶液

Lot No. BDPOBT01

有効期限 2024年11月23日

判定日 2023年12月15日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
無菌試験	陰性	適合
検体前処理能	デュオパス・ペロキシンにて	
<i>E. coli</i> 0157 ATCC35150	VT1・VT2陽性	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	VT1・VT2陰性	適合
判定者	工藤	