

07521-2

## 試験成績書

製品名 極東 CLIG寒天生培地

Lot No. BDR0A001

有効期限 2024年4月21日

判定日 2023年11月8日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格			結果/判定
包装	異常を認めない			適合
性状	異常を認めない			適合
pH	7.3 ~ 7.5			適合
無菌試験	陰性			適合
発育性能試験	乳糖分解	$\beta$ グルコニダーゼ	セロビオース	
<i>K. pneumoniae</i> ATCC13883	+	-	+	適合
<i>S. Typhi</i> No. 1	-	-	-	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	+	+	-	適合
<i>E. coli</i> 0157 ATCC43894	+	-	-	適合
<i>P. mirabilis</i> No. 1	-	-	-	適合
<i>S. sonnei</i> ATCC25931	-	+	-	適合
<i>P. aeruginosa</i> ATCC27853	-	-	-	適合
<i>C. freundii</i> No. 2	+	-	+	適合

判定者 工藤