

15624-1

試験成績書

製品名 LIM培地

Lot No. BEE06R01

有効期限 2023年12月24日

判定日 2023年7月12日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | | | 判定/結果 |
|---------------------------|---------|-------|-----|-------|
| 包装 | 異常を認めない | | | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | | | 適合 |
| pH | 6.6~7.0 | | | 適合 |
| 無菌試験 | 陰性 | | | 適合 |
| 発育性能試験 | | | | |
| | リジン | イントール | 運動性 | |
| <i>E. coli</i> ATCC25922 | + | + | + | 適合 |
| <i>S. sonnei</i> ATCC9290 | - | - | - | 適合 |

判定者 工藤