

15624-1

試験成績書

製品名 LIM培地

Lot No. BEE09M01

有効期限 2024年3月20日

判定日 2023年10月5日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格			判定/結果
包装	異常を認めない			適合
性状	異常を認めない			適合
pH	6.6~7.0			適合
無菌試験	陰性			適合
発育性能試験				
	リジン	イントール	運動性	
<i>E. coli</i> ATCC25922	+	+	+	適合
<i>S. sonnei</i> ATCC9290	-	-	-	適合

判定者 工藤