

15625-1

試験成績書

製品名 VP培地

Lot No. BEF02601

有効期限 2023年8月5日

判定日 2023年2月23日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	判定/結果
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	6.8~7.2	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
	VP反応	
<i>P. mirabilis</i> ATCC43071	+	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	-	適合

判定者 工藤