

15626-1

試験成績書

製品名 SIM培地
Lot No. BEG05F01
有効期限 2023年11月11日
判定日 2023年5月31日
判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格				判定/結果
包装	異常を認めない				適合
性状	異常を認めない				適合
pH	7.0~7.4				適合
無菌試験	異常を認めない				適合
発育性能試験					
	硫化水素	インドール	運動性	IPA反応	
<i>E. coli</i> ATCC25922	—	+	+	—	適合
<i>S. sonnei</i> ATCC9290	—	—	—	—	適合
<i>P. mirabilis</i> ATCC43071	+	—	+	+	適合

判定者 工藤