

15626-1

試験成績書

製品名 SIM培地
Lot No. BEGP1N01
有効期限 2024年7月21日
判定日 2024年2月8日
判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | | | | 判定/結果 |
|-------------------------------|---------|-------|-----|-------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | | | | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | | | | 適合 |
| pH | 7.0~7.4 | | | | 適合 |
| 無菌試験 | 異常を認めない | | | | 適合 |
| 発育性能試験 | | | | | |
| | 硫化水素 | インドール | 運動性 | IPA反応 | |
| <i>E. coli</i> ATCC25922 | — | + | + | — | 適合 |
| <i>S. sonnei</i> ATCC9290 | — | — | — | — | 適合 |
| <i>P. mirabilis</i> ATCC43071 | + | — | + | + | 適合 |

判定者 工藤