

06692-1

試験成績書

製品名 E-GSI培地

Lot No. BEWP1901

有効期限 2024年3月21日

判定日 2024年1月10日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	判定/結果
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	7.1 ~ 7.5	適合
発育性能試験		
<i>K. pneumoniae</i> ESBL ATCC700603	発育	適合
<i>P. aeruginosa</i> ATCC27853	発育	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	非発育	適合
<i>K. pneumoniae</i> ATCC13883	非発育	適合
<i>E. faecalis</i> ATCC29212	非発育	適合

判定者 工藤