

## 試験成績書

製品名 ハイタルメディア 血液寒天培地 (ウマ)

Lot No. CAAP4801

有効期限 2024年7月15日

判定日 2024年4月12日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	400g/cm <sup>2</sup> 以上	適合
pH	7.1~7.3	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>S. pneumoniae</i> ATCC49619	発育_α溶血凹明瞭	適合
<i>S. pyogenes</i> ATCC12344	発育_β溶血	適合
Group G Streptococcus ATCC12394	発育_β溶血	適合
<i>S. aureus</i> ATCC25923	発育_β溶血	適合
<i>S. sanguis</i> ATCC10556	発育_α溶血	適合
<i>E. faecalis</i> ATCC29212	発育_灰白色	適合
<i>H. influenzae</i> ATCC10211	発育_薄い灰色	適合
<i>H. parahaemolyticus</i> ATCC10014	発育_薄い灰色、β溶血	適合

判定者 工藤